

Ген. директору ТОО "AG Medical Company"
г-ну Ефимову Д.А.

Письмо-отзыв

Выражаем глубокую признательность ТОО «AG Medical Company», авторизированному представителю международного микробиологического концерна HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. (Индия) на территории Республики Казахстан за сотрудничество в области поставки продукции для микробиологических исследований - питательных сред, дисков с антибиотиками и расходного материала производства HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. (Индия). Вся продукция зарегистрирована в Комиссии по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США US FDA, а также сертифицирована согласно Международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, WHO GMP, Европейскому стандарту качества CE.

Основой эффективной терапии всегда выступал и выступает правильный выбор лечения. Индивидуальные характеристики восприимчивости больного к препаратам вызвали необходимость определения его чувствительности к антибиотикам, являющейся важнейшим разделом работы бактериологической лаборатории. Степень чувствительности выделенных культур возбудителей к антимикробным препаратам необходимо знать как для рационального подбора средств эффективной антимикробной терапии и профилактики возникновения и распространения инфекций, так и получение данных (резистогамм), которые могут служить удобным инструментом-маркером в эпидемиологических исследованиях. В любом случае, получаемые результаты определения чувствительности должны иметь количественное выражение.

Результат исследования во многом зависит от качества используемой в ходе анализа продукции и ее соответствия стандартам. Диски с антибиотиками производства HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. (Индия) характеризуются высокой стабильностью и воспроизводимостью результата, разнообразием антибиотиков различной концентрации, удобны в использовании, имеют высокое качество. Концентрация антимикробного препарата в дисках соответствует международному стандарту CLSI (Институт клинических и лабораторных стандартов) и EUCAST (Европейский комитет по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам).

Все предлагаемые ТОО «AG Medical Company» диски с антибиотиками для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам производства HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. (Индия) во флаконах и картриджах, в разных вариантах – в виде отдельных дисков, гексадисков (набор из 6 одиночных дисков, радиально прикрепленных к пластиковой сердцевине "ромашка"), октодиски (набор из 8 одиночных дисков, радиально прикрепленных к сердцевине «ромашка») - новый вариант диско-диффузионного метода определения антибиотикочувствительности, а также в виде полосок с градиентом концентраций для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) антибиотиков зарегистрированы, занесены в реестр медицинских изделий и разрешены к применению в РК.

Мы с удовольствием работаем с данной продукцией на протяжении многих лет и очень довольны качеством и результатами, полученными в ходе бактериологических исследований, также очень довольны сервисом обслуживания, качеством предоставляемых услуг.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Заведующий лабораторией «INVIVO»

Старший специалист отдела Микробиологии

